

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Str. 12
71665 Vaihingen an der Enz

Rücksendegrund:

- Reklamation
- Reparatur
- Kalibrierung (neues Zertifikat)
- Kalibrierung, nur wenn erforderlich
- Transportschaden

Service-Einsendung

Email service.gts@gedore.com
Fax +49 (0) 7042 94 41 41

Geräte bitte immer transportsicher im Werkzeugkoffer zurücksenden.

ABSENDER

Kunden – Nr. :

Firma / Abteilung:

Ansprechpartner:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / Fax:

E-Mail:

Rücksprache gehalten mit
- GEDORE Ansprechpartner:

ANGABEN ZU IHRER RETOURE

F1		Drehmoment Kontrolle (Bestätigung vorheriger Werte, ohne Neukalibrierung)	F7		Gerät macht Geräusche
F2		Drehmoment zu niedrig	F8		Verzahnung im Gehäuse beschädigt
F3		Drehmoment zu hoch	F9		Verzahnung im Reaktionsarm beschädigt
F4		Gerät ohne Funktion	F10		Jährliche Wartung
F5		Gerät/Schlauch undicht	F11		Sporadische Funktion (Wackelkontakt)
F6		Akku defekt			

Gerätetyp	Menge	Seriennummer	Detaillierte Fehlerbeschreibung

INTERNE Bearbeitungsvermerke: